

คุณลักษณะครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด

1. เครื่องเก็บตัวอย่างด้านชีวภาพ (Bio sampler) จำนวน 2 เครื่องต่อชุด

1.1 คุณลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อจุลทรรศน์ในอากาศ เช่น ห้องสะอาด โรงพยาบาล เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ

1.2.1 อุปกรณ์ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ชิ้น ได้แก่ Inlet section, Outlet section และ Collection vessel โดยผลิตจากแก้วคุณภาพสูง

1.2.2 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้

1.2.3 ปั๊มที่ใช้คู่กับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างจะต้องมี Total flow Rate ไม่น้อยกว่า 12.5 ลิตรต่อนาที

1.2.4 ปั๊มที่ใช้คู่กับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างจะต้องมี Ambient air ไม่น้อยกว่า 4.2 ลิตรต่อนาที

1.2.5 หน้าปัดแสดงข้อมูลอัตราการไหลของปั๊มเป็นแบบหน้าปัดแสดงตัวเลขหรือหน้าจอแสดงตัวเลขแบบดิจิทัล

1.2.6 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสำหรับตัวอย่างละอองลอย (Aerosol) สามารถเก็บตัวอย่างได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

1.2.7 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสำหรับตัวอย่างของเหลวที่ไม่ระเหยและของเหลวที่หนักกว่าน้ำ เช่น Mineral oil สามารถเก็บตัวอย่างได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

1.2.8 หลักการเก็บตัวอย่างของอุปกรณ์เป็นแบบระบบของเหลวหมุนวน (Swirling liquid collection method)

1.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.3.1 สายยางสำหรับซักตัวอย่างอากาศ สำหรับต่อเข้ากับเครื่องมือเก็บตัวอย่างและปั๊มดูดอากาศ จำนวนอย่างน้อย 1 เมตร/เครื่อง

1.3.2 Rotameter จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

1.3.3 Tubing/Adapters จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

1.3.4 กล่องเก็บเครื่องมือเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 กล่อง/เครื่อง

1.3.5 ปั๊มที่ใช้กับเครื่องมือเก็บตัวอย่างสามารถใช้กับไฟฟ้าในประเทศไทยได้

1.3.6 คู่มือการใช้งานมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม/เครื่อง

1.3.7 สาธิตการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามระยะเวลาอันเหมาะสม

2. เครื่องเก็บตัวอย่างจุลทรรศน์ในอากาศ (Biostage Pump kit) จำนวน 2 เครื่องต่อชุด

2.1 คุณลักษณะทั่วไป

2.1.1 เป็นเครื่องมือที่ใช้habermannจุลทรรศน์ในอากาศ ที่มาสัมผัสกับอาหารเลี้ยงเชื้อบนจานเพาะเชื้อที่บรรจุอยู่ภายในเครื่องมือ

2.1.2 เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่างจุลทรรศน์ในอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร

2.2 คุณลักษณะเฉพาะ

2.2.1 โครงสร้างภายในประกอบด้วยช่อง (Jet Classification Stage) จำนวนไม่เกิน 400 ช่อง

2.2.2 เครื่องมือเก็บตัวอย่างสามารถบรรจุอาหารเพาะเชื้อขนาดไม่เกิน 100 มิลลิเมตร

2.2.3 เครื่องมือเก็บตัวอย่างเป็นวัสดุอลูมิเนียมป้องกันการกัดกร่อน

2.2.4 เครื่องมือเก็บตัวอย่างสามารถทำการนึ่งฆ่าเชื้อได้

2.2.5 เครื่องมือเก็บตัวอย่างมีระบบล็อคเพื่อป้องกันการรั่วของอากาศ

- 2.2.6 ปั๊มดูดอากาศที่ควบคุมอัตราการไหลให้คงที่ไม่น้อยกว่า 28.3 ลิตร/นาที
- 2.2.7 ปั๊มดูดอากาศมีแบบเตอร์หรือมีสายไฟสามารถบรรจุไฟได้

2.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม

- 2.3.1 สายยางสำหรับซักตัวอย่างอากาศ สำหรับต่อเข้ากับเครื่องมือเก็บตัวอย่างและปั๊มดูดอากาศ จำนวนอย่างน้อย 1 ชุด/เครื่อง

- 2.3.2 Rotameter จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

- 2.3.3 Calibration adapter/Check-mate Calibrator จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

- 2.3.4 อุปกรณ์ยึดอุปกรณ์กับปั๊ม จำนวน 1 อัน/เครื่อง

- 2.3.5 อุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด/เครื่อง"

- 2.3.6 กล่องเก็บเครื่องมือเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 กล่อง/เครื่อง

- 2.3.7 ปั๊มที่ใช้กับเครื่องเก็บตัวอย่างสามารถใช้กับไฟฟ้าในประเทศไทยได้

- 2.3.8 คุณภาพการใช้งานมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม/เครื่อง

- 2.3.9 สามารถใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามระยะเวลาอันเหมาะสม

3. เครื่องปรับอัตราการไหลแบบฟองสบู่ จำนวน 2 เครื่องต่อชุด

3.1 คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1.1 เป็นชุดปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ ชนิดฟองสบู่ (Soap Film) ใช้งานร่วมกับเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Pump)

3.2 คุณลักษณะเฉพาะ

- 3.2.1 วัสดุทำจาก Glass burets และบางส่วนของโครงสร้างทำจากสแตนเลสสตีล

- 3.2.2 เป็นการวัดการทำงานที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย Film solution, Operating instructions, Aluminium tripod stand โดยสามารถสอบเทียบและปรับตั้งค่าได้ด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมตามการใช้งาน

- 3.2.3 ความสามารถในการวัดอยู่ในช่วง 300 ถึง 3,000 มิลลิลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า

- 3.2.4 การทำงานของเครื่องสามารถทำงานร่วมกับ Flow meter และ Rotameter แบบภายในเครื่องหรือต่อพ่วงเพิ่ม หรือทำงานแบบ Flow meter โดยไม่ต้องทำงานร่วมกับ Rotameter

3.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม

- 3.3.1 Battery หรือ Adapter หรือใช้ถ่าน หรือไม่ต้องมี Battery เนื่องจากเป็นการทำงานพ่วงกับตัวเครื่องหลัก

- 3.3.2 มีช่องอากาศเข้า Inlet และมีช่องอากาศออก Outlet ของอุปกรณ์

- 3.3.3 มีสายยางสำหรับไว้เชื่อมต่อ กับปั๊ม กับตัวอย่างที่ช่องอากาศออก เพื่อใช้งานได้สะดวก

- 3.3.4 สายยางสำหรับนำอากาศ

- 3.3.5 มีสารน้ำยาสบู่มาตรฐานสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ปรับเทียบอัตราการไหลอากาศ

- 3.3.6 ชุดขาตั้งสำหรับยึดอุปกรณ์

- 3.3.7 นาฬิกาจับเวลา

- 3.3.8 น้ำยาสบู่มาตรฐาน

- 3.3.9 กระเบ้าหรือกล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์

- 3.3.10 ปั๊มที่ใช้กับเครื่องเก็บตัวอย่างสามารถใช้กับไฟฟ้าในประเทศไทยได้ หรือไม่ต้องมีปั๊มแต่สามารถทำงานปรับอัตราการไหลได้

The image shows three handwritten signatures or initials in blue ink, likely belonging to the parties involved in the document's preparation or approval.

3.3.11 คุณลักษณะที่ต้องมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม/เครื่อง

3.3.12 สาหริตร์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามระยะเวลาอันเหมาะสม

4. เครื่องเปรียบเทียบปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ จำนวน 2 เครื่องต่อชุด

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 เป็นเครื่องมือสำหรับปรับอัตราการไหลของอากาศเพื่อทดสอบอัตราการไหลอากาศของปั๊มเครื่องเก็บตัวอย่าง

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ

4.2.1 เครื่องปรับเทียบอัตราการไหลมีช่วงการวัดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 5-500 มิลลิลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า

4.2.2 ค่าความถูกต้องแม่นยำ $\pm 1\%$

4.2.3 หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลที่สามารถแสดงผลแบบต่อเนื่องได้โดยแสดงหน่วยเป็นลิตรต่อนาทีได้ และมีปุ่มคำสั่งในการทำงานแบบสัมผัส

4.2.4 ช่วงของการวัดอุณหภูมิของเครื่องอยู่ในช่วง 0-40 องศาเซลเซียส หรือ 5-35 องศาเซลเซียส

4.2.5 ช่วงของความดันที่เหมาะสมในการทำงาน 15 PSI

4.2.6 แบตเตอรี่เป็นแบบภายในเครื่อง (Internal Battey pack) หรือแบตเตอรี่แบบแห้งและชาร์จได้ (Rechargeable, Sealed lead-acid) หรือแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable alkaline cells)

4.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม

4.3.1 กระเบ้าสำหรับใส่อุปกรณ์

4.3.2 อุปกรณ์ปรับเทียบอัตราการไหลอากาศ 5 ถึง 500 มิลลิลิตร จำนวน 1 เครื่อง

4.3.3 เครื่องเปรียบเทียบปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศสามารถใช้กับไฟฟ้าในประเทศไทยได้

4.3.4 คุณลักษณะที่ต้องมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม/เครื่อง

4.3.5 สาหริตร์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามระยะเวลาอันเหมาะสม

5. ปั๊มเก็บตัวอย่างส่วนบุคคล (Personal Pump) จำนวน 10 เครื่องต่อชุด

5.1 คุณลักษณะทั่วไป

5.1.1 ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศสำหรับติดตัวบุคคลหรือพกพา เพื่อเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองเก็บตัวอย่างแก๊ส

5.2 คุณลักษณะเฉพาะ

5.2.1 สามารถให้อัตราการดูดอากาศ Constant flows อยู่ในช่วง 1,000 ถึง 5,000 มิลลิลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า

5.2.2 สามารถให้อัตราการดูดอากาศ Low flows อยู่ในช่วง 5 ถึง 500 มิลลิลิตรต่อนาที

5.2.3 ระยะเวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 8 ชั่วโมง (4 ลิตรต่อนาที at 20 inches water back pressure)

5.2.4 ความแม่นยำของอัตราการไหล $\pm 5\%$

5.2.5 ความแม่นยำของการตั้งเวลา $\pm 0.05\%$ หรือดีกว่า

5.2.6 การแสดงผลบนหน้าจอเป็นแบบตัวเลขดิจิทัล แสดงผลแบบ LED หรือ LCD และควบคุมการทำงานด้วยระบบกดปุ่ม

5.2.7 เครื่องสามารถหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ระดับแบตเตอรี่ต่ำหรือเกิดการอุดตัน

ในระบบ

5.2.8 สามารถทำการตั้งเวลาในการเริ่มทำงานได้ล่วงหน้า และตั้งเวลาในการปิดการทำงาน

อัตโนมัติได้

5.2.9 สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1-9,000 นาที หรือมากกว่า

5.2.10 แบตเตอรี่เป็นแบบภายในเครื่อง หรือแบตเตอรี่แบบแห้งและชาร์จได้ หรือแบบ
ใช้แล้วทิ้ง และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง

5.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม

5.3.1 อุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.3.2 อุปกรณ์รับเทียบอัตราการไหล จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.3.3 อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่น Filter cassette holder พร้อมแผ่นกรองอากาศ
จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.3.4 Battery Eliminator จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.3.5 อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างแก๊ส Type A protective tube covers จำนวน 1 ชุด/
เครื่อง

5.3.6 กระเปาสำหรับใส่เครื่องและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.3.7 แบตเตอรี่สามารถใช้กับไฟฟ้าในประเทศไทยได้

5.3.8 คุณภาพการทำงานมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม/เครื่อง

5.3.9 สามารถใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามระยะเวลาอันเหมาะสม

6. เครื่องวัดอัตราการระบายอากาศ จำนวน 1 เครื่องต่อชุด

6.1 คุณลักษณะทั่วไป

6.1.1 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลม และคุณภาพอากาศแบบพกพา

6.2 คุณลักษณะเฉพาะ

6.2.1 มีหัววัดเชื่อมต่อ กับเครื่องมือเพื่อวัดความเร็วลม โดยสามารถทำงานเชื่อมต่อแบบไร้
สาย

6.2.1.1 สามารถวัดความเร็วลมได้อยู่ในช่วง 0.3 -35 m/s หรือกว้างกว่า

6.2.1.2 ค่าความแม่นยำ $\pm 0.1 \text{ m/s} + 1.5\% \text{ of m.v.}$ หรือดีกว่า

6.2.1.3 ค่าความละเอียดของการวัด 0.01 m/s หรือดีกว่า

6.2.2 มีหัววัดเชื่อมต่อ กับเครื่องมือเพื่อวัดอุณหภูมิ โดยสามารถทำงานเชื่อมต่อแบบไร้สาย

6.2.2.1 สามารถวัดอุณหภูมิได้อยู่ในช่วง (-20) -70 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

6.2.2.2 ค่าความแม่นยำ $\pm 0.5 \text{ องศาเซลเซียส}$ หรือดีกว่า

6.2.2.3 ค่าความละเอียดของการวัด 0.1 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

6.2.3 มีหัววัดเชื่อมต่อ กับเครื่องมือเพื่อวัดความชื้น โดยสามารถทำงานเชื่อมต่อแบบไร้สาย

6.2.3.1 สามารถวัดความชื้นอยู่ในช่วง 0-100 %RH

6.2.3.2 ค่าความแม่นยำ $\pm 2 \% \text{ RH}$ หรือดีกว่า

6.2.3.3 ค่าความละเอียดของการวัด 0.1 %RH หรือดีกว่า

6.2.4 มีหัววัดเชื่อมต่อ กับเครื่องมือเพื่อวัดก้าชาร์บอนไดออกไซด์ โดยสามารถทำงาน


เชื่อมต่อแบบไร้สาย

The image shows four handwritten signatures or initials in blue ink, likely representing approval or verification from different parties. The signatures are stylized and vary in size and placement.

- 6.2.4.1 สามารถวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วง 0-10,000 ppm หรือตีกว่า
- 6.2.4.2 ค่าความแม่นยำ $\pm 50 \text{ ppm} + 3\% \text{ of m.v.}$ หรือตีกว่า
- 6.2.4.3 ค่าความละเอียดของการวัด 1 ppm หรือตีกว่า

6.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม

- 6.3.1 กระเบ้าสำหรับใส่เครื่องและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 6.3.2 แบตเตอรี่หรือถ่านที่สามารถชาร์จได้ พร้อมอุปกรณ์การชาร์จ
- 6.3.3 แบตเตอรี่สามารถใช้กับไฟฟ้าในประเทศไทยได้
- 6.3.4 คุณภาพการใช้งานมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม/เครื่อง
- 6.3.5 สามารถใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามระยะเวลาอันเหมาะสม

 ✓  

เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ได้กำหนดสัดส่วนของราคาและประสิทธิภาพเป็นร้อยละ 20 : ร้อยละ 80 ซึ่งเกณฑ์ของประสิทธิภาพมีเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวแปรที่ใช้ประเมิน ดังนี้

ตัวแปรที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้		
มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (ร้อยละ 80)				
1. เครื่องเก็บตัวอย่างด้านชีวภาพ (Bio sampler): 20 คะแนน	20	ไม่ระบุขนาด	ไม่น้อยกว่า 5 ml แต่ไม่เกิน 20 ml	ไม่น้อยกว่า 20 ml
		5 คะแนน	10 คะแนน	20 คะแนน
2. เครื่องเก็บตัวอย่างจลินทรีย์ในอากาศ (Biostage Pump kit): 40 คะแนน				
2.1 เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละรู ในช่อง Jet Classification Stage	5	ไม่ระบุขนาด	เกิน 0.25 mm	ไม่เกิน 0.25 mm
		0 คะแนน	2 คะแนน	5 คะแนน
2.2 ระบบถ็อกป้องกันการรั่วไหล	10	-	ระบบ Spring camps and sealed	ระบบ Sure lock positive seal
		-	5 คะแนน	10 คะแนน
2.3 ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ขนาดใช้งาน (เครื่องมือเก็บตัวอย่างและปั๊มดูดอากาศ)	10	-	ประกอบแยกชุดกัน	ประกอบเป็นชุดเดียวกัน
		-	5 คะแนน	10 คะแนน
ตัวแปรที่ใช้ประเมิน				
2.4 ความดังเสียงของปั๊มดูดอากาศ	5	ไม่ระบุขนาด	ระบุความดังเสียงเกิน 64 dB(A)	ระบุความดังเสียงไม่เกิน 64 dB(A)
		0 คะแนน	2 คะแนน	5 คะแนน
2.5 ระบบไฟเครื่องปั๊ม	5	-	ไม่มีแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
		-	0 คะแนน	5 คะแนน
2.6 น้ำหนักของเครื่องปั๊ม	5	-	น้ำหนักเกิน 2.5 กก.	น้ำหนักไม่เกิน 2.5 กก.
		-	2 คะแนน	5 คะแนน
3. เครื่องเปรียบเทียบปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ: 10 คะแนน				
3.1 Flow range	10	ไม่ได้ระบุ	อยู่ระหว่าง 5-500 มิลลิลิตรต่อนาที	กว้างกว่า 5-500 มิลลิลิตรต่อนาที
		0 คะแนน	5 คะแนน	10 คะแนน
4. ปั๊มเก็บตัวอย่างส่วนบุคคล (Personal Pump): 10 คะแนน				
4.1 Constant flows	5	-	1,000-5,000 ลิตรต่อนาที	กว้างกว่า 1,000-5,000 ลิตรต่อนาที
		-	2 คะแนน	5 คะแนน
4.2. ช่วงของการวัดอุณหภูมิของเครื่องอยู่	5	-	มากกว่า 0-40 องศาเซลเซียส หรือ 5-35 องศาเซลเซียส	ในช่วง 0-40 องศาเซลเซียส หรือ 5-35 องศาเซลเซียส
		-	2 คะแนน	5 คะแนน
รวม			80	