



ที่ อว 0620/1353

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน
อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

22 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด

อ้างถึง 1. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฯ
2. หนังสือบริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด ที่ DKSH-Tech0418/68 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่อ้างถึง 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ โดยประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระหว่างวันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2568 และตามที่อ้างถึง 2 ท่านได้มีหนังสือเสนอแนะและวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารชี้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะนำประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานพัสดุ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 - 8

โทรสาร 0-4281-1143

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR)
 สำหรับจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
 จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริษัท ทีเคเอสเอส เทคโนโลยี จำกัด

ข้อที่	คุณลักษณะที่กำหนด	บริษัท ทีเคเอสเอส เทคโนโลยี จำกัด	มติที่ประชุมกรรมการ
4.2.2.5	ค่า Bacterial หรือ microorganisms น้อยกว่า 0.01 CFU/mL	ข้อเสนอที่บริษัทฯ 4.2.2.5 ค่า Bacterial หรือ microorganisms น้อยกว่า 0.01 หรือ 0.1 CFU/mL	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติปรับปรุง ตามเหตุผล ดังนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงตามข้อ วิจารณ์ จากคุณลักษณะเดิมคือ ค่า Bacterial หรือ microorganisms น้อยกว่า 0.01 CFU/mL ปรับปรุงคุณลักษณะใหม่คือ ค่า Bacterial หรือ microorganisms ๐.๑ CFU/mL หรือน้อยกว่า



.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสวัณณ์ รัชชมนณี)

ประธานกรรมการฯ